MNAS
MONGOLIAN ACCREDITATION SYSTEM

АМБЕР ХХК
лаб. инспекци
Газрын тос, Газрын тосны бүтээгдэхүүний шинжилгээний
MNS ISO/IEC17025 стандартаар итгэмжлэгдсэн лаборатори

AMBER LLC

№029 **СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН №04678/17**

ДЭЭЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ		
Дээж ирүүлсэн байгууллагын нэр	Монсуль ХХК	
Дээжийг авсан газар	Эсэнтрейдинг ГТБА,Улаанбаатар, Монгол	
Дээжийн төрөл	Автобензин Аи-92	
Дээж авсан обьект	Резервуар №6	
Дээж авсан ажилтан /Нэр, албан тушаал/	Амбер ХХК-ий ажилтан	
Дээжний хэмжээ	1.0 литр	
Дээжний лацны дугаар	-	
Дээжний нэмэлт тайлбар	-	
Дээж авсан огноо:2017.12.05	Хүлээн авсан огноо:2017.12.05	Шинжилсэн огноо:2017.12.05

СОРИЛТЫН ҮР ДҮН

	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Сорилт гүйцэтгэсэн стандарт	Норм /Өвөл/	Үр дүн
1	Октаны тоо, Шинжилгээний аргаар*		Багажны аргачлалаар	92.0 багагүй	92.8
	Моторын аргаар*			83.0 багагүй	83.0
2	20 ^{0}C дахь хувийн жин	г/см^3	MNS 0481	-	0.7369
3	Найрлагын бүрэлдэхүүн	^{0}C	MNS ISO 3405		
	Буцалж эхлэх температур			-	45.0
	10% нэрэгдэх температур			55.0 ихгүй	60.0
	50% нэрэгдэх температур			100.0 ихгүй	100.0
	90% нэрэгдэх температур			160.0 ихгүй	168.0
	70^{0}C-д	мл		15-50	25.0
	100^{0}C-д			40-70	53.0
	150^{0}C-д			-	84.0
	Буцалж дуусах температур	^{0}C		215.0 ихгүй	199.0
	Үлдэгдэл	%		2.0 ихгүй	0.3
	Үлдэгдэл ба хорогдол	%		4,0 ихгүй	0.4
4	Ханасан уурын даралт	кПа	MNS 3626	35.0-79.9	59.0
5	Нийт хүхрийн хэмжээ	%	Багажны аргачлалаар /ASTM D4294/	0.2 ихгүй	0.0153
6	Зэс хавтгайн туршилт	-	MNS 0326	1a	1a
7	Усанд уусдаг хүчил шүлтийн хэмжээ	%	MNS 0324	байхгүй	байхгүй
8	Усны хэмжээ	%	MNS 0332	байхгүй	байхгүй
9	Механик хольцын хэмжээ	%	MNS 0322	байхгүй	байхгүй
10	Өнгө	-	MNS ISO 2049	-	0.5
11	Бодит давирхайн хэмжээ	%	MNS 0477	5.0 ихгүй	-

*Тайлбар: *- ИХ-д ороогүй үзүүлэлт*

Шинжилгээ хийсэн химич **Ж.Доржрагчаа**

Баталгаажуулсан лабораторийн эрхлэгч **Б.Адъяа**

Стандартчилал, итгэмжлэгдсэн лаборатори TL № 29 Газрын тос

НАРНЫ ЗАМ 11, СБД 2, УЛААНБААТАР ХОТ, МОНГОЛ УЛС 14251

Энэхүү тайлан нь тухайн дээжний хувьд хүчинтэй.
Хуулбарлан хэвлэхийг хориглоно.

0061507